Lire le réfractomètre en cabane

La lecture dépend du liquide et de la graduation. Prends l'appareil et sa notice avant d'interpréter une valeur.

Identifier

Relever la référence exacte de l'instrument, le concentré et la formulation. Vérifier quelle graduation convient à l'échantillon réel. Un symbole de pare-brise ne suffit pas à valider une température pour tous les lave-glaces.

Contrôler puis lire

Contrôler l'étalonnage au moyen et à la température indiqués par la notice. Avec un prisme propre, déposer un échantillon homogène, fermer la lame et lire la frontière clair/foncé sur la graduation validée.

En cas de doute

Si la séparation est floue, nettoyer puis refaire une lecture sur un nouvel échantillon selon la notice. Si le colorant gêne la lecture ou que la formulation ne correspond à aucune échelle documentée, consigner ce qui bloque et demander une méthode adaptée au fournisseur.

Exemple documentaire

La notice Kraftwerk 31125 sépare les échelles pour glycols de celle du lave-glace. Elle décrit la lecture lave-glace comme une valeur de référence pour plusieurs compositions. La référence du réfractomètre du Team reste à confirmer.

Référence instrument _____ Échelle _____

Produit _____ Lecture _____

Lire l'exemple de notice d'un réfractomètre